



10MW/20MW大尺度量 热装置ZY6257C



技术参数

- ◆ 集烟罩：采用方形集烟罩，距离地面10M高，7.62x7.62M连接气体排放以及废气处理。
- ◆ 排烟管：内径为1.524M的垂直管，经过90度弯管，内置导流法，可降低气体进入弯管中之离内作用。
- ◆ 烟浓度：流速、温度及气体成分与浓度。
- ◆ 测量系统：包括皮托管，热电偶及气体采样管，在A断面管壁上并设有直径75mm的孔，以等间距公布共有。
- ◆ 排风机：最大排风量为30m³/s
- ◆ 烟密度：采用光电池和氦氖激光系统来测量烟雾密度。
- ◆ 氧气：量程025% 测量精度：±0.05%
- ◆ 一氧化碳量程：01% 测量精度：±0.1%
- ◆ 二氧化碳量程：010% 测量精度：±0.02%
- ◆ 数据处理系统：计算和记录从各种检测仪上获得热释放率，烟密度和燃气的浓度，用于运行数据处理系统和MFC或打开或关闭各种电磁螺线管阀的测量系统是根据控制程序独立编制的，数据采集系统采用高精度板卡和上位机Lsd View操作软件。



适用范围

适用于建筑物和大型复合体（包括机车车辆、车辆、仓库和构成方式）以及对原料、建筑物和实体模型进行广泛的防火性能试验验证。



符合标准

符合ISO9705 ISO5660-1；GA111-1995《表面材料实体房间火试验方法》；GBT25207《火灾试验表面制品实体房间火试验方法》试验标准。



产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

